

Secretaria da Saúde/RS

CADASTRO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE E DO DIRIGENTE

I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE					
01 – NOME ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA			02- EXERCÍCIO 2024		
			03-C.N.P.J. 90.161.894/0001-94	04- EA 4	05- TIPO 5
06- ENDEREÇO COMPLETO: RUA JULIO DE CASTILHOS nº 223 – CENTRO					
07 – MUNICÍPIO RONDA ALTA			08- CAIXA POSTAL	09- CEP 99670-000	10- UF RS
11 – POPULAÇÃO 9.777	12- DDD] 54	13- FONE 3364-1496	14- FAX	15- HOME PAGE E E-MAIL cotação.atra@gmail.com	
16- CNAS – REGISTRO/DATA 23002.004140/86-02- 01/07/1997					

II- OUTROS PARTICÍPES	
Nome	C.N.P.J/C.P.F.
Endereço	C.E.P.

III – IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE			
17- NOME MARILÉIA ORO			18- C.P.F. 978.879.780/68
19- CARGO OU FUNÇÃO PRESIDENTE	20- N.º C.I. 1078910476	21- EXPEDIÇÃO/DATA 17/06/2014	22- ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP-RS
23- ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: RUA FRANCISCO COSTA, 350 – BAIRRO QUIRI			
24 – MUNICÍPIO RONDA ALTA			25- CEP 99670-000
			26- UF RS

IV. AUTENTICAÇÃO		
RONDA ALTA LOCAL	30/07/2024 DATA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria da Saúde/RS

PLANO DE TRABALHO

DESCRIÇÃO DO PROJETO – ANEXO I

01 – NOME		02- EXERCÍCIO (Início):		03- PERÍODO DE EXECUÇÃO (Término)	
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		2024		365 DIAS	
		04-C.N.P.J.		05- UF	
		90.161.894/0001-94		RS	
6- CONTA CORRENTE	7- BANCO	8- AGÊNCIA	9- PRAÇA DE PAGAMENTO	10- UF	
	Banrisul	0793	RONDA ALTA	RS	
11- C.N.P.J.					

12 – TÍTULO DO PROJETO
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
13-DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Aquisição e Instalação de Equipamentos visando a melhoria da qualidade da Saúde dos pacientes do Sistema Único de Saúde.
14- JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
O município de Ronda Alta está localizado na região norte do Estado do RS, com população de 9.777 hab, segundo Censo IBGE 2022. Na área de saúde curativa a Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta tem um papel importante, pois é uma instituição comunitária e filantrópica, que atende Ronda Alta e os demais municípios da 15ª Coordenadoria de Saúde, estimando-se uma população acima de 50.000 habitantes que são atendidos na ATRA, razão da regionalização dos serviços. Atualmente com 52 leitos, dos quais 43 disponibilizados ao SUS. O hospital está estruturado com Serviço de Internações Hospitalares, Urgência e Emergência, Ambulatório com Plantão Médico Presencial e SADT. Aqui é recepcionada toda a demanda na área de Saúde Pública, em atendimentos de baixa e média complexidade, gerados pelos municípios da região de referência da 15ª Coordenadoria de Saúde ao todo compreendendo mais de doze municípios. Somos referência para atenção a pessoas com transtorno mental incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e droga possuímos 16 leitos com incentivo Estadual e 3 leitos com incentivo Federal. A ATRA oferece aos usuários SUS serviço de exames de diagnósticos como: Raio X digital, Endoscopia digestiva alta e baixa, Colonoscopia, Eletrocardiograma e exames laboratoriais. Na Traumatologia realizamos 30 cirurgias/mês e 240 consultas. Temos mais de 40 profissionais entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam no hospital. A ATRA é referência para o serviço de Telemedicina em Cardiologia com o Instituto do Coração de POA, garantindo resolutividade nos serviços de Emergência. Os atendimentos realizados através do SUS representam mais de 80% dos atendimentos realizados. Há na região grandes problemas de reincidência epidemiológica, como: doenças cardiovasculares, doenças do sistema nervoso, doenças infecciosas e parasitárias, neoplasias, doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho digestivo, dentre outras, o que torna imprescindível melhor equipar o Hospital, a fim de conseguir atender toda a demanda que aqui é direcionada. Permanentemente é preciso estar inovando em tecnologia, em novos avanços que a medicina proporciona, porém, a Instituição depende sempre do aporte de recursos das esferas de governo para a sua sustentabilidade. A aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Unidade de Atenção Especializada em Saúde, visa adquirir: Arco Cirúrgico que auxiliará os profissionais nas cirurgias de traumatologia; Aparelho de Anestesia e Foco Cirúrgico de Teto necessário para as salas de cirurgia, pois os existente estão obsoleto pois foram adquirido na inauguração do hospital em 2007; Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível e Autoclave Vertical com barreira sanitária. Esses equipamentos são de suma importância para o Hospital melhorar a qualidade da saúde dos pacientes, bem como trazer segurança e resolutividade nos serviços prestados. Os pacientes SUS que buscam serviços de Urgência/Emergência, de Cirurgias gerais, ginecológicas e de traumatismo na ATRA, terão um atendimento humanizado e tecnológico ao mesmo tempo. O nosso compromisso com a vida, depende de estrutura adequada, profissionais capacitados e equipamentos resolutivos. A Instituição tem pessoal suficiente e capacitado para a operacionalização dos equipamentos pleiteado.
15 – INDICAÇÃO DO PÚBLICO ALVO
O projeto beneficiará pacientes de mais de 12 municípios da área de abrangência pertencentes a 15ª CRS do Estado do RS.
16 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS
Com a aquisição dos equipamentos a equipe de profissionais que atua no hospital terão condições de exercer o seu trabalho com maior segurança, oferecendo serviços de melhor qualidade e resolutividade à população da região de abrangência que busca os nossos serviços de saúde.

17- AUTENTICAÇÃO		
30/07/2024	MARILÉIA ORO	
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria da Saúde / RS

PLANO DE TRABALHO

PROPOSTA ASSISTENCIAL – Anexo II

01-NOME ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		02- EXERC. 2024	
03-IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE - EAS ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		04-C.G.C DO EAS 90.161.894/0001-94	
06-ENDEREÇO: RUA JULIO DE CASTILHOS, 223 – CENTRO – RONDA ALTA		05-UF RS	
07-EA 4		08. NUM. LEITOS DO EAS	
09- Tipo 5		EXISTENTES 54	ATIVADOS 54
		SUS 43	

10 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE:					11. IDENTIFICAÇÃO DOS ESPECIALISTAS		
10.1 – MUNICÍPIOS		10.2 – NUM..PESSOAS ATENDIDAS	10.3. NUM. LEITOS DO MUNICÍPIO				
ITEM	NOME		EXISTENTES	SUS	TIPO DE PROFISSIONAL	QUANT.	CARGA HORÁRIA
	Barra Funda	2.497			Técnico de Enfermagem	25	900 h
	Cerro Grande	2.450			Enfermeiros	8	276 h
	Chapada	9.613	47	41	Médico Traumato	4	54 h
	Constantina	10.094	23	18	Médico Clínico Geral	6	90 h
	Engenho Velho	1.397			Médico Ginecologista e	2	3 h
	Gramado dos Loureiros	2.270			Obstetra		
	Nova Boa Vista	1.953			Médico Cirurgião Geral	2	13 h
	Novo Barreiro	4.160			Médico Proctologista	1	1 h
	Novo Xingú	1.795			Médico Gastroenterologista	1	6 h
	Ronda Alta	9.777	81	60	Médico Anestesiista	5	15 h
	Rondinha	5.544	32	24	Médico Urologista	1	2 h
	Sagrada Família	2.676					
	Sarandi	23.036	79	65			
	Três Palmeiras	4.471					
	Trindade do Sul	5.961					
	Liberato Salzano	5.752					

12. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						
PRECÁRIA	☐	DEFICIENTE	☐	RAZOÁVEL ☒	SATISFATÓRIA	☐
13 – INFORMAÇÕES RELATIVAS À CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL DO PROPONENTE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO						
O Hospital possui capacidade técnica e gerencial para executar o projeto, pois já executou projetos similares com o Governo Estadual e Federal.						

14. AÇÕES PREVISTAS
O Hospital dará sequência aos atendimentos que vem fazendo, tendo em vista a expectativa do aumento das demandas pela regionalização dos serviços, porém com os novos equipamentos farão com maior segurança, eficiência e qualidade

15- AUTENTICAÇÃO		
30/07/2024	MARILÉA ORO	
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria da Saúde/RS
PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO – Anexo III

01 – NOME ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA			02- PROCESSO N.º		03- EXERCÍCIO 2024	
			04. CNPJ 90.161.894/0001-94		05- UF RS	
06-META	07-ETAPA/FASE	08-ESPECIFICAÇÃO	09-INDICADOR FÍSICO		10-PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
			UNIDADE DE MEDIDA	QTDE.	INÍCIO	TÉRMINO
1	1.1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UND	05	2024	2025

PLANO DE APLICAÇÃO				
11- NAT. DESPESA	12. ESPECIFICAÇÃO	13. CONCEDENTE	14. PROPONENTE	15- SUBTOTAL POR NATUREZA DE GASTO (EM R\$ 1,00)
DESPESAS CORRENTES	Consultoria			
	Diárias			
	Material de Consumo			
	Passagens			
	Serviços de Terceiro – Pessoa Física			
	Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica			
	Reforma (Serviços de Terceiros Pessoa Física ou Jurídica)			
	Subtotal por Categoria Econômica			
DESPESAS DE CAPITAL	Construção			
	Ampliação			
	Equipamento e Material Permanente	1.000.000,00	28.946,05	1.028.946,05
	Subtotal por Categoria Econômica			
16	TOTAL	1.000.000,00	28.946,05	1.028.946,05

17- AUTENTICAÇÃO

30/07/2024
DATA

MARILÉIA ORO
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria da Saúde/RS

PLANO DE TRABALHO PROPOSTA DE AQUISIÇÃO – Anexo IV EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE

01 – NOME ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA			02- EXERCÍCIO 2024
03. IDENTIFICAÇÃO DO EAS BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA	04. AMBIENTE CENTRO CIRURGICO	05-C. N.P.J. 90.161.894/0001-94	06- UF RS

07. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE				
ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ARCO CIRURGICO , móvel compacto projetado para uso em cirurgia gastroenterologia, urologia, cirurgia de emergência, ortopedia e cirurgia geral. Sistema versátil de braço C. Arco com movimento vertical motorizado igual ou maior a 40 cm, movimento orbital de no mínimo 125° ou superior, angulação total de pelo menos 360° ou superior, distância da fonte ao intensificador de imagem de no mínimo 90 cm e profundidade igual ou superior a 73 cm, espaço livre superior a 75 cm. Intensificador de imagem de, no mínimo, 9 polegadas, com pelo menos dois campos de entrada. Com, pelo menos um Monitor touch TFT ou LCD de, no mínimo, 21 polegadas ou superior, com resolução mínima de 1920 x 1080 pixels e brilho mínimo superior a 450 cd/m2. Central de TV com rotação para correção da orientação da imagem. Gerador de alta frequência com potência de 2,5 kW ou maior, tubo de raio X com anodo estacionário e ponto focal duplo, sendo o menor desses, igual ou menor que 0,6 mm e o maior igual a 1,0 mm a, no máximo 1,5 e colimador. Pulso de pelo menos 15 frames por segundo. Colimação sem emissões de radiação. Capacidade térmica superior a 1,2 MHU. Fluoroscopia com, no mínimo, 40 a 110 kV e corrente máxima de 6 mA ou maior. Modo Radiografia com, no mínimo, 40 a 110 kV e corrente máxima de 13 mA ou maior. Memória com recurso de retenção da última imagem adquirida, armazenamento de, no mínimo, 5 mil imagens. Filtro de redução de ruído, rotação de imagens sem a necessidade de se emitir radiação durante a rotação. Peso do Braço em C inferior a 300kg (para fácil transporte entre as salas cirúrgicas). Deve acompanhar o equipamento: saída USB integrados ao sistema. Teclado de membrana com layout em português.	01	309.000,00	309.000,00
02	FOCO CIRÚRGICO DE TETO , com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim sistemas de freio adequado que permita que a cúpula fique na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200L ou maior. A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 120.000 Lux, medindo a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopola existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Monopola de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior.	01	63.200,00	63.200,00

03	APARELHO DE ANESTESIA , equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de auto teste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos e neonatos; com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvula para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitindo acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canistes para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos; Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apneia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 01 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanhos adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis, 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil, 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano.	01	149.950,00	149.950,00
SUB TOTAL				522.150,00

08. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS

O hospital possui contrato de Assistência Técnica com empresa especializada que faz a manutenção dos equipamentos após o prazo de garantia do fabricante

9- AUTENTICAÇÃO

30/07/2024 MARILÉIA ORO
DATA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria da Saúde/RS
PLANO DE TRABALHO
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO – Anexo IV
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE

01 – NOME ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA			02- EXERCÍCIO 2024
03. IDENTIFICAÇÃO DO EAS BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA	04. AMBIENTE CME	05-C. N.P.J. 90.161.894/0001-94	06- UF RS

07. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE				
ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL. Equipamento horizontal, com 2 portas (tipo barreira sanitária). Sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de 254 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anti-corrosivo e revestimento externo por chapa de aço inoxidável. Controle através de CLP com IHM Touch Screen, com 20 programas de esterilização configuráveis, com painel e comando com botão liga/desliga e display em LCD e deve possuir no mínimo teclado numérico para controle com membrana de proteção para visualização dos ciclos programados, manômetro e manovacuômetro. Câmara interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno. Sistema hidráulico - tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anti-corrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor deve ser em aço inox ou outro material compatível; possuir bomba de vácuo tipo anel líquido e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor-. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. Deverá acompanhar o equipamento: 2 Cesto aramado angular alto inox , 2 Cesto aramado angular baixo inox, 2 carros externo para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais em inox, 1 impressora serial térmica. Alimentação trifásica 220V.	01	160.750,05	160.750,05
SUB TOTAL GERAL				682.900,05

08. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS
O hospital possui contrato de Assistência Técnica com empresa especializada que faz a manutenção dos equipamentos após o prazo de garantia do fabricante

9- AUTENTICAÇÃO
30/07/2024 MARILEIA ORO
DATA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria da Saúde/RS
PLANO DE TRABALHO
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO – Anexo IV
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE

01 – NOME ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA			02- EXERCÍCIO 2024
03. IDENTIFICAÇÃO DO EAS BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA	04. AMBIENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO	05-C. N.P.J. 90.161.894/0001-94	06- UF RS

07. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE POR AMBIENTE				
ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
05	SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA FLEXIVEL , composto por 01 processadora de imagens, 01 fonte de luz, 01 monitor, 01 Vídeo Gastrosκόpio, 01 Video Colonoscópio e acessórios. Processadora de Imagens: Central de processamento de vídeo de Alta Definição (HD), que possua magnificação digital, Wide Screen e sistema de captura de imagens (através de pendrive, HD externo, cartão de memória ou computador). Com sistema de balanço de branco (White balance), ajuste de vermelho e azul independentes, sistema de realce de imagem e sistema de shutter manual ou automático. Deve ter dispositivo de congelamento de imagens (freeze scan). Deve possuir controle automático de ganho e possibilidade de inserção de dados do paciente e do médico, data e hora do exame. Saída de vídeo compatível com a imagem HD. Fonte de iluminação LED ou Xênon com potência compatível a 300W, com sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de iluminação seja Xênon). Monitor de Vídeo: Colorido; Tela de cristal líquido de matriz ativa com tamanho mínimo de 24 polegadas, com resolução de mínima de 1920 x 1080 pixels. Com ajuste de brilho e sistema de cor PAL / NTSC. Entrada de vídeo compatível com a processadora de imagens. Vídeo Gastrosκόpio flexível eletrônico com CCD ou CMOS Colorido, compatível com a processadora descrita, com sistema ótico com campo de visão frontal. Ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, profundidade aproximada de 3 a 100 mm, com capacidades de angulação de aproximadamente 210 graus para cima, de 90 a 120 graus para baixo no mínimo e de 100 a 120 graus no mínimo para direita e para esquerda. Tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 9,8 (+/- 1mm), diâmetro distal de aproximadamente de 9,8 (+/- 1mm), e diâmetro aproximado do canal de trabalho de 2,8 mm. Comprimento de trabalho de aproximadamente 1.050mm e comprimento total de aproximadamente 1350 mm. Vídeo Colonoscópio flexível eletrônico com CCD ou CMOS Colorido, compatível com a processadora descrita., sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, com profundidade aproximada de 3 a 100 mm, tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 12,8 mm (+/- 1mm), ponta distal com diâmetro aproximado de 12,8 mm (+/- 1mm) e canal para instrumentos com diâmetro interno aproximado de 3,8 mm. Comprimento de trabalho de 1600 a 1700 mm no mínimo, comprimento total de 1990mm a 2010mm no mínimo. Acessórios que acompanham o sistema: 01 carro de transporte que comporte de maneira adequada o sistema completo, 01 no-break que garanta 10 minutos de operação para o sistema em caso de falta de energia elétrica, cabos de conexão para o sistema, malas para transporte, sendo 01 para o Gastrosκόpio e 01 para o Colonoscópio, pinças para biópsia fenestradas, sendo 04 para o Gastrosκόpio e 04 para o Colonoscópio, conjuntos completos para limpeza e desinfecção e demais acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica: 220V ou Bivolt automático.	01	346.046,00	346.046,00
TOTAL GERAL				1.028.946,05

08. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS
O hospital possui contrato de Assistência Técnica com empresa especializada que faz a manutenção dos equipamentos após o prazo de garantia do fabricante

9- AUTENTICAÇÃO		
30/07/2024	MARILEIA ORO	
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria da Saúde/RS
PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANEXO V

01 – NOME ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA	02- PROCESSO
---	--------------

CONCEDENTE (EM R\$ 1,00)	03- ANO 2024	04 - META 1	05 – (MESES) - MES 01 1.000.000,00	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
			MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 012
06- TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO CONCEDENTE (EM R\$ 1,00)								1.000.000,00

PROPONENTE (EM R\$ 1,00)	07- ANO 2024	08- META 1	09 - (MESES) – MES 01 28.946,05	MÊS 02	MES 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
			MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 012
10- TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO PROPONENTE (EM R\$ 1,00)								28.946,05
11- TOTAL GERAL DOS RECURSOS								1.028.946,05

12- AUTENTICAÇÃO		
30/07/2024 DATA	MARILEIA ORO NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	_____ ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

2. DECLARAÇÃO PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERIDAS NO § 1º DO ART. 199 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA, declaro, para fins de prova junto ao Órgão SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, para os efeitos e sob as penas da lei, que não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Ronda Alta, 30 de Julho de 2024

MARLÉIA ORO
Representante Legal da Entidade

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SETORES: CENTRO CIRURGICO; CENTRO DE DIAGNOSTICO.

1) OBJETO

2) PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO

A pesquisa de preços no mercado, para a confecção deste Termo de Referência, será realizada através da coleta de preço entre, no mínimo, três fornecedores do mesmo ramo de atividade, comprovadas por orçamentos levantados na localidade ou região contendo CNPJ, data, validade, endereço completo, telefone de contato, nome e assinatura do responsável.

2.1) AQUISIÇÃO DE BENS

2.1.1) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE

Equipamentos/ Materiais Permanentes				
Descrição (Especificação Técnica)	Valor Unitário			Média dos Valores Unitários
	Orçamento I	Orçamento II	Orçamento III	
Arco Cirúrgico	309.000,00	360.000,00	258.000,00	309.000,00
Foco Cirúrgico de Teto	73.200,00	63.200,00	53.200,00	63.200,00
Aparelho de Anestesia	149.950,00	148.000,00	151.900,00	149.950,00
Autoclave Hospitalar Horizontal	162.750,00	171.577,15	147.923,00	160.750,05
Sistema de Videoendoscopia Flexível	358.000,00	272.138,00	408.000,00	346.046,00
Total:				1.028.946,05

3) LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição (Especificação Técnica)	Unidade	Endereço
Todos os equipamentos	05	O local de entrega dos bens será na ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA Rua Júlio de Castilhos, 223 – CEP: 99670-000 – RONDA ALTA - RS Fone 54 3364-1496

3) ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

O FISCAL responsável representante do Conveniente será JAQUELINE SIGNOR – CPF Nº 021.883.190-01, bem como seu substituto será SEVERINO BALBINOT – CPF Nº 326.732.720-20, para o acompanhamento e a fiscalização do contrato para aquisição dos bens.

5) CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE

O recebimento provisório dos equipamentos será com a simples conferência física do aparelho e o recebimento definitivo, no prazo de até 20 dias a contar do recebimento provisório, com a instalação, treinamento e o teste a fim de verificar se o mesmo está funcionando.

6) DOS ORÇAMENTOS

Declaro que:

- i) realizamos pesquisa de preços no mercado para a confecção deste Termo de Referência, através da coleta de preço entre, no mínimo, três fornecedores do mesmo ramo de atividade, comprovadas por orçamentos levantados na localidade ou região;
- ii) os valores unitários inseridos neste Termo de Referência integram os orçamentos obtidos através da pesquisa de preço de mercado supramencionada; e
- iii) esses orçamentos ficarão à disposição da concedente e dos controles interno e externo pelo período de cinco anos, contados da publicação da decisão referente ao julgamento das contas dos administradores responsáveis pelo convênio.

Ronda Alta, 30 de Julho de 2024

Mariléia Oro
Representante Legal da Entidade